ООО «АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ»
ООО «АМА»
17-я линия В.О., д. 4-6, Санкт-Петербург, 199034
т/ф (812) 380-76-99; (812) 321-75-01 www.amamed.ru ama@sp.ru
ОКПО 59483502 ОГРН 1027800543210 ИНН 7801223114 КПП 780101001

Техническое задание

Наименование изделия: Система комбинированная ХЕЛИК®- скан-М

Назначение изделия:

Система предназначена для автоматического отбора проб воздуха, считывания оттенков индикаторных трубок тест-системы ХЕЛИК®, а также обработки результатов экспресс-диагностики инфекции *Helicobacter pylori* дыхательным методом. Индикаторные трубки тест-системы ХЕЛИК® выпускаются в соответствии с регистрационным удостоверением № ФСР 2009/05180 от 30.06.2009.

Описание изделия:

Система работает со специализированным программным обеспечением ХЕЛИК®-скан. Программа позволяет автоматизировать процедуру обследования, чтобы исключить риск нарушения методики исследования. Базу данных с обследованиями можно вести как в самой программе, так и экспортировать или импортировать ее. Перед работой с определенной партией индикаторных трубок тест-системы ХЕЛИК® Система считывает QR- код с параметрами данной партии, что позволяет повысить точность обследования и отсечь использование просроченных трубок. Система позволяет получить результат обследования через 15 минут, отчет можно распечатывать прямо из программы. Поверхность блока отбора пробы и считывания результата легко подвергается санитарной обработке.

№ п/п	Наименование параметра	Нормативные характеристики
1.	**Комплект поставки**	
1.1	Блок отбора пробы и считывания результата	1 шт.
1.2	Адаптер с несъемным соединительным шнуром	1 шт.
1.3	Шнур сетевой	1 шт.
1.4	Одноразовый мундштук	50 шт.
1.5	Кабель соединительный с ПК	1 шт.
1.6	Кассета для размещения исследуемого образца	1 шт.
1.7	Соединительный шланг	6 шт.
1.8	Программное обеспечение (ПО) «ХЕЛИК-скан» (компакт-диск/ USB-Flash накопитель)	1 шт.
2.	**Технические характеристики**	
2.1	Программное обеспечение	Совместимое с операционной системой ПК не ниже Windows XP
2.2	Потребляемая мощность, не более	25 Вт
2.3	Продолжительность непрерывной работы	10 часов
2.4	Напряжение питания блока	100-240 В переменного тока с частотой 50-60 Гц
3.	**Документация (разрешительная и эксплуатационная)**	
3.1	Регистрационное удостоверение	наличие
3.2	Руководство по эксплуатации	наличие
3.3	Руководство пользователя	наличие
3.4	Технический паспорт	наличие
4.	**Дополнительные услуги**	
4.1	Гарантийное обслуживание	наличие
4.2	Инструктаж по эксплуатации	проводится специалистами предприятия в режиме онлайн
4.3	Квалифицированная консультационная поддержка	

Дата составления
20 апреля 2015 г.

Дата составления
19 августа 2015 г.